

# 安庆师范大学实验室建设与管理中心

## 安庆师范大学安全管理处

实验〔2022〕3号

### 2022年实验室安全工作检查通报（第1次）

为认真抓好贯彻落实，有效防范化解危险化学品重大安全风险，确保学校实验室有序运行，根据《安徽省安全生产委员会关于印发〈安徽省危险化学品安全风险集中治理实施方案〉的通知》（皖安〔2022〕3号）和全国高等学校实验室安全工作会议要求，学校于2022年3月3日下午组织开展了危险化学品安全隐患全面排查工作。现将安全隐患排查情况通报如下：

#### 一、化学化工学院危化品安全隐患排查情况

序号	实验室名称	存在隐患	整改责任人	整改完成时限
1	研究生实验室（物化2）	实验做完的设备未及时清理放回原位。	实验室安全责任人	立即整改
2	211、504	实验室放置杂物。	实验室安全责任人	立即整改
3	101、211、504、505	氮气钢瓶未按要求固定。	实验室负责人、实验室安全责任人	立即整改
4		危化品事故应急演练没有定期开展。	实验室负责人	立即整改
5		危化品管理台账内容需完善，没有注明药瓶容量，没有退还环节记录。	实验室负责人、药品仓库管理员	立即整改
6		实验室废弃物处置有处置清单，但没有建立处置备案制度，	实验室负责人、废弃物存放室管理员	立即整改

## 二、生命科学学院危化品安全隐患排查情况

序号	实验室名称	存在隐患	整改责任人	整改完成时限
1	药品仓库	房间灰尘较大	药品仓库管理员	立即整改
2	504、508	实验室不整洁，比较凌乱，纸盒未及时清理；504 冰箱闲置未用。	实验室安全责任人	立即整改
3	505	药品柜门损坏，需维修	实验室负责人	立即整改
4	501	学生做实验时未穿戴防护服	实验室安全责任人	立即整改
5	5 楼配电间	堆放杂物	实验室负责人	立即整改
6		没有定期开展危化品事故应急演练	实验室负责人	立即整改
7		从业人员安全培训材料不全	实验室负责人	立即整改
8		实验室使用、仪器设备使用登记台账不全	实验室负责人	立即整改
9		实验室废弃物处置有处置清单，但没有建立处置备案制度，	实验室负责人、废弃物存放室管理员	立即整改

## 三、资源环境学院危化品安全隐患排查情况

序号	实验室名称	存在隐患	整改责任人	整改完成时限
1	108	地面不干净，实验室不整洁；废弃物没有集中存放	实验室安全责任人	立即整改
2		消防器材需更新	实验室负责人	立即整改
3		危化品事故应急演练没有定期开展	实验室负责人	立即整改
4		从业人员培训材料不齐全	实验室负责人	立即整改
5		危化品登记台账信息需完善，没有退还药品登记，台账本需装订成册，防止遗失	实验室负责人、仓库管理员	立即整改
6		实验室废弃物处置有处置清单，但没有建立处置备案制度，	实验室负责人、废弃物存放室管理员	立即整改

## 四、其他问题

检查组检查备查材料时，发现化学化工学院和生命科学学院

备查材料需要现场临时查找，且材料不全，平时收集统计工作不够细致，没有及时整理归档。

危化品安全排查出的隐患问题，各相关学院必须积极作为，立即整改落实，因客观因素不能立即整改的隐患，需书面申请，注明整改完成时限和整改责任人，整改时限不得超过 2022 年 6 月。